

ANALIZA BIAŁEK



Zeskanuj by zweryfikować



100019154

Laboratorium Analiz

Klient: NexoraLabs
Numer zamówienia: 100019154
Nazwa: NEXORA KLOW
Liczba próbek: 1 fiolka

Numer partii: NEX145
Data otrzymania: 2026-10-06
Data rozpoczęcia: 2026-10-07
Data zakończenia: 2026-10-12

Identyfikacja próbki

Substancja	Sposób pobrania próbki	Postać
KLOW	Próbka dostarczona przez klienta	Niebieski proszek w szklanej fiolce

Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Zawartość	Czystość
BPC-157	NEXORA KLOW 80MG	10,06mg	99%
TB-500	NEXORA KLOW 80MG	9,44mg	99%
GHK-Cu	NEXORA KLOW 80MG	50,88mg	99%
KPV	NEXORA KLOW 80MG	10,93mg	99%

Komentarz do badania

Próbkę badaną naniesiono w ilości 3µl na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. W trakcie analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H₂O i acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawiły się piki poszukiwanych substancji. Ich zawartość, w porównaniu z chromatogramami wzorcowymi, przedstawiono w tabeli powyżej. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/-0,05mg. Aktualny stan próbki przesłanej do badania przedstawiono na zdjęciu poniżej.

Zdjęcie badanej próbki




Hasło

7J0CS349

Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajac



ANALIZA BIAŁEK




Zeskanuj by zweryfikować




100019154

Chromatogram



Chromatogram



Hasło

7J0CS349

Analiza Białek sp. z o.o.

KRS: 0000966168

NIP: 8992922970

REGON: 521751875

Siedziba i laboratorium:


ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław

Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:

Specjalista ds. analiz i badań

mgr Arkadiusz Zajac



ANALIZA BIAŁEK



Zeskanuj by zweryfikować



100019154

Metoda

Czas	H ₂ O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	95%	5%
2min	95%	5%
12min	5%	95%
15min	5%	95%

Hasło

7J0CS349

Analiza Białek sp. z o.o.

KRS: 0000966168

NIP: 8992922970

REGON: 521751875

Siedziba i laboratorium:

ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:

Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zając